

Produzione di guide in-house con la libreria gratuita di OneGuide

Produzione interna di guide con il software
di progettazione e una stampante 3D



OSSTEM[®]
IMPLANT

OneGuide

Chirurgia implantare a guida digitale
con eccellente precisione
e comfort procedurale

Ricercato concetto di fresatura
grazie alla qualità di OneGuide!

Ordine/Produzione OneGuide



- Interventi sicuri e precisi grazie a una guida accurata e senza errori
- Intervento rapido e agevole grazie al semplicissimo metodo di fresatura 122
- Possibilità di carico immediato utilizzando un moncone customizzato o di serie
- Produzione interna della guida grazie alla libreria gratuita OneGuide (richiesta una stampante 3D)
- Nessun limite nei casi clinici con 4 KIT dedicati

OSSTEM[®]
IMPLANT


OSSTEM ITALIA SRL
Via Gallarate 211 - 20151 Milano
Tel. +39 0238247387 - email: info@osstem.it

I KIT OneGuide


Per un dente singolo, un caso di edentulia completa e per il carico immediato

KIT OneGuide

- Le frese F3.5~F4.5 (a sinistra) e F5.0 (a destra) possono essere utilizzate a seconda del diametro dell'impianto.
- Semplice inserimento dell'impianto dopo aver eseguito 3~4 passaggi, a seconda della qualità dell'osso



Posizionamento dell'impianto dopo 3~4 fresature




Specifiche tecniche TSIII/IV F3.5~F5.0, SSIII F3.5~F4.5
USIII F3.5~F5.0 (*SS/US: Dispositivi di posizionamento dedicati venduti separatamente)


Per il posizionamento dell'impianto

KIT OnePositioning

- La posizione e la profondità del sito possono essere determinate grazie alla fresa iniziale e alla fresa Ø3,5.
- Dopo la foratura con la fresa Ø3,5, la rimozione della guida e l'incisione gengivale, l'intervento può essere completato con un kit chirurgico convenzionale, a seconda della situazione.



Determinazione della posizione e della profondità dell'impianto




Specifiche tecniche Tutti gli impianti F3.5 o superiori


Per il rialzo del seno mascellare

KIT OneCAS

- Design collaudato della fresa CAS KIT e applicazione degli stop di sicurezza
- Dopo aver sollevato il seno mascellare, l'inserimento di impianti e il trattamento protesico sono possibili con il KIT OneGuide



Regolazione della profondità di foratura grazie al KIT OneCAS




Specifiche tecniche TSIII/IV F4.0~F5.0, SSIII F4.0~F4.5
USIII F4.0~F5.0

In osso di larghezza ridotta (min. 5 mm) es. nei denti mandibolari anteriori

KIT OneMS

- Inserimento di impianti e protesi solo con il KIT OneMS
- Si possono inserire impianti MS di Ø2.0~3.0, TSIII di Ø 3.0



Posizionamento dell'impianto nel caso di osso di larghezza ridotta grazie al KIT OneMS



Specifiche tecniche MS Narrow Ridge Ø2.0~3.0, MS Denture Ø2.0~3.0, TSIII Ø3.0
(*MS: Dispositivi di posizionamento dedicati venduti separatamente; posizionamento dopo la rimozione della guida)